

BRUSSEL, 13 mei 1985

-----  
Bestuur der Verzorgingsinstellingen

-----  
NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOOR-  
ZIENINGEN

-----  
Afdeling "Programmatie"

Ref.: N.R.Z.V./P/D/8

ADVIES inzake de programmatie van de scannertoestellen in de bi-communautaire ziekenhuizen van BRUSSEL-HOOFDSTAD.

---

De Afdeling "Programmatie" van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, is in plenaire zitting bijeengekomen op 13 mei 1985 tenaande de scannertoestellen in de Brusselse bi-communautaire ziekenhuizen programmatorisch toe te wijzen.

Er werd vastgesteld dat op basis van het K.B. van 18 maart 1985, binnen het kader van de brusselse bi-communautaire, niet-universitaire ziekenhuizen, VIER scannertoestellen kunnen worden toegewezen, aangezien de brusselse bevolking nagenoeg 1 miljoen inwoners telt en het thans geldend criterium voorziet in EEN toestel per 250.000 inwoners.

Bovendien werd vastgesteld dat er, tot op heden, reeds DRIE scannertoestellen worden geacht te passen in de programmatie, omdat zij werden geïnstalleerd met inachtneming van de vroegere programmatieprocedure en daartoe de nodige ministeriële goedkeuring hadden verkregen. Het gaat met name over de scanners geïnstalleerd in resp. :

- het St-Pietersziekenhuis van het OCMW van BRUSSEL
- het St-Elisabethziekenhuis (VZW) te UKKEL, en
- het ziekenhuis van het Leopoldpark (privé) te ETTERBEEK.

De Afdeling "Programmatie" stelt dus vast dat er nog EEN enkel toestel kan worden geprogrammeerd.

.../...

De Afdeling heeft kennis genomen van ALLE thans ingediende dossiers van de instellingen die om een officiële toelating verzoeken een scannertoestel volgens de thans vigerende criteria te mogen uitbaten. Het gaat met name over de dossiers ingediend door :

- de kliniek St. Etienne te ST. JOOST-ten-NODE;
- de Vereniging CERASCAN te ST. GILLIS;
- de kliniek St. Michel te ETTERBEEK
- het Heelkundig- en Medisch Instituut van ST. GILLIS
- het Brugmannziekenhuis van BRUSSEL
- de kliniek "Cesar de Paepe" te BRUSSEL
- de kliniek St. Jan te BRUSSEL
- het Frans Hospitaal te ST-AGATHA-BERCHEM

Al deze aanvragen werden getoetst aan de criteria zoals gepubliceerd in het K.B. van 18 maart 1985. Meer in het bijzonder werden achtereenvolgens nagegaan :

- het beddental dat wordt bediend door de aanvragende instantie;
- het bestaan van een dienst voor traumatologie;
- de werking van de dienst voor neurochirurgie;
- de omvang en de middelen van de dienst radiologie waarbinnen de scanner zou worden gesitueerd;
- de werking van de dienst voor oncologie.

De Afdeling "Programmatie" heeft zich als volgt uitgesproken :

Na onderzoek van de dossiers blijken slechts DRIE instellingen te beantwoorden aan de criteria, met name : de kliniek St. Jan, de kliniek St. Etienne en het Brugmannziekenhuis.

Er werd overgegaan tot een stemming, de uitslag hiervan luidt als volgt :

12 leden pro installatie scanner in het Brugmannziekenhuis

2 leden pro installatie in het St. Jansziekenhuis

1 lid onthoudt zich omdat hij elke programmatie van scanners onredelijk vindt.

De meerderheid van de leden heeft zich ten gunste van de toekenning van een scanner aan het Brugmann-ziekenhuis laten leiden door de overweging dat er een billijk evenwicht moet bestaan tussen de scanners opgesteld in de private en de openbare sectoren.

DE SECRETARIS,  
E. PELFRENE.

DE VOORZITTER,  
C. HEUSGHEM.

*E. Pelfrene*

*C. Heusghem*